

MEDI CARBO

# Retractor

メディカーボ・レトラクタ X  
炭素繊維強化 PEEK 樹脂製



株式会社ビー・アイ・テック

# MEDI CARBO Retractor

## メディカーボ・レトラクタ X

先端からアーム部分に **CFRP**※ を採用しました

※ 炭素繊維強化 PEEK 樹脂

**X線透過性**により X線画像下  
で術野の視認が明瞭



X線写真例



ハンドルはステンレス鋼製

CFRP 製

金属製と同等以上の  
**強度剛性** (弊社試験結果)

組織又は他の解剖学的部位を分離するために使用する手術器具です  
オートクレーブ滅菌可

製品名：メディカーボ・レトラクタ X

販売名：メディカーボ・レトラクタ

届出番号：21B1X10002000001

一般医療機器（クラス I）

種類及び製品番号は、販売元にお問い合わせください。

添付文書（注意事項等情報）は、PMDA（独立行政法人医薬品医療機器総合機構）の専用サイトよりご覧いただけます。

<https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/kikiSearch/>

販売代理店



株式会社メディケーナジャパン

（本社）〒540-0011

大阪府大阪市中央区農人橋 2-1-30

谷町八木ビル 703 号室

TEL 06-6809-5086 FAX 06-6809-5087

製造販売業者



株式会社ビー・アイ・テック

〒504-0843 岐阜県各務原市蘇原青雲町 4-1-55

TEL 058-260-3900 FAX 058-260-3901

<https://www.bitec.jp>